



2020-02-05

Nivåjustering för S-Könshormonbindande globulin [SHBG] och androgenindex (Testosteron/[SHBG]-kvot):

Nivån för S-Könshormonbindande globulin (SHBG) sänks med 18% med start 2020-02-03 då användningen av ny batch av reagensen inleds. Vi följer rekommendationer från vår leverantör Roche vilket innebär att referensintervallet inte ändras, men för seriellt tagna SHBG-värden kan sänkningar ses vilket kan komma att påverka bedömningen av enskilda patienter. Som en följd av detta kommer det även att ses en motsvarande relativ ökning av svar på seriellt analyserade androgenindex.

Reagensfabrikanten har först efter en längre tid, sannolikt på flera år, funnit att den uppmätta nivån av SHBG gradvis kommit att bli för hög. Nivåjusteringen har nu gjorts mot godkänd internationell kalibrator för SHBG som användes, då det nu aktuella referensintervallet ursprungligen definierades, varför referensintervallet för SHBG kvarstår oförändrat. Vad avser androgenindex anger KKF inget referensintervall. Underlag för omräkning av historiska värden saknas.

KKF beklagar det inträffade som legat utanför laboratoriets kontroll.

Mats Gåfveld,
Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
Tele: 018-6112449

Niclas Rollborn
Metodansvarig laboratorieingenjör
Klinisk kemi och farmakologi
Tele: 018-6114219