

## Informationsfilm Bipap A40 PRO

Montering av Philips bipap A40 PRO.

Fyll i avsvanat kokat vatten i behållaren, alternativt sterilt vatten. Observera maxgränsen på behållaren.

För in behållaren i System One systemet.

Anslut slang.

Tryck på apparaten.

Starta behandling.

Avsluta behandling och stäng av apparaten.

Vid eventuell syrgasbehandling kopplas denna på baksidan av apparaten, vid syrgaskopplingen.