

Informationsfilm Vivo 45

Byte av partikelfilter och finpartikelfilter.

Ta bort locket från kammaren och häll i kokat avsvälnat vatten.

Sätt på locket.

Sätt i kammaren i apparaten.

Koppla slangen till apparaten och till masken.

Sätt på apparaten.

Starta behandling.

Stäng av behandling.

Stäng av apparaten.

Vid eventuell syrgasbehandling kopplas denna till apparatens syrgaskoppling.