



2026-05-25

## **S-Tyreoideaperoxidas antikroppar [anti TPO] – byte till ny reagensversion med nytt referensintervall 2026-05-27**

Fr.o.m. 2026-05-27 införs en ny reagensversion för S-Tyreoideaperoxidas antikroppar [anti TPO] som bl.a. är mindre känslig för interferens av biotin och använder monoklonala antikroppar istället för polyklonala. Analysresultaten är inte jämförbara med resultat erhållna med tidigare version och kommer därför att presenteras på en ny rad i Cosmic.

Som referensintervall för nya versionen kommer en klinisk cutoff på 20 kIE/L att användas i samråd med bl.a. Endokrinologisektionen, Akademiska sjukhuset. Samtidigt med bytet görs en mindre justering av analysens namn till S-Tyreoideaperoxidas-ak [TPO-ak].

### **S-Tyreoideaperoxidas-ak [TPO-ak]**

Referensintervall <20 kIE/L

Johan Saldeen  
Överläkare  
Klinisk kemi och farmakologi  
018-611 42 67

Jonathan Cedernaes  
ST-läkare  
Klinisk kemi och farmakologi  
018-617 32 93